

(二) 货物服务分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价	小计	备注
1	医用冷藏冷冻冰箱	青岛海尔HYCD-290	青岛、青岛海尔生物医疗股份有限公司	台	30	8200	246000	
	其他费用			/	/	/	/	/
	合计						246000	

供应商电子签章

备注:

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项, 供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商。

张明辉 陈吉辉 阮

四、规格响应表

序号	货物名称	询价采购文件规定的规格、参数	供应商所投产品的规格、参数	响应情况
1	医用冷藏冷冻冰箱	容积：≥282L，冷藏≥185L，冷冻≥97L	容积：282L，冷藏185L，冷冻97L	满足
2		电源：220V/50Hz；功率：340W	电源：220V/50Hz；功率：340W	满足
3		外部尺寸：≥736*660*1810mm（宽*深*高）	外部尺寸：736*660*1810mm（宽*深*高）	满足
4		内部尺寸：冷藏605*510*720mm，冷冻515*465*440mm	内部尺寸：冷藏605*510*720mm，冷冻515*465*440mm	满足
5		外观样式：立式旁开门设计，上下双发泡门体设计，外门带安全门锁	外观样式：立式旁开门设计，上下双发泡门体设计，外门带安全门锁	满足

张恩辉

陈吉辉

陈吉辉

6	<p>温控功能：采用微电脑精确温度控制器，冷藏室 2~8℃自由设定，冷冻室温度为-20~-30℃自由设定。大屏幕液晶温度显示，运行状态一目了然。具有完善的</p> <p>声光报警安全系统：具有传感器故障报警功能、高温报警、低温报警功能、断电报警等多种故障报警功能，确保箱内物品存放安全；选配 USB 接口，温度数据可保存 10 年，方便查询历史记录</p>	<p>温控功能：采用微电脑精确温度控制器，冷藏室 2~8℃自由设定，冷冻室温度为-20~-30℃自由设定。大屏幕液晶温度显示，运行状态一目了然。具有完善的</p> <p>声光报警安全系统：具有传感器故障报警功能、高温报警、低温报警功能、断电报警等多种故障报警功能，确保箱内物品存放安全；选配 USB 接口，温度数据可保存 10 年，方便查询历史记录</p>	满足
7	<p>具有独立检测通道用于远程温度监控且监控系统拥有软件著作权登记证书（供</p> <p>应商询价响应文件中需提供相关证书）</p>	<p>具有独立检测通道用于远程温度监控且监控系统拥有软件著作权登记证书（见询价响应文件）</p>	满足
8	<p>箱体材料：外壁 SPCC 钢板静电喷涂，内壁为优质不锈钢板材</p>	<p>箱体材料：外壁 SPCC 钢板静电喷涂，内壁为优质不锈钢板材</p>	满足

张明 陈志辉 陈

9	保温材料：要求无 CFC 聚氨酯发泡，超厚保温层，保温效果好	保温材料：要求无 CFC 聚氨酯发泡，超厚保温层，保温效果好	满足
10	制冷方式：风冷（冷藏室）+直冷（冷冻室）。要求采用国际名牌高效压缩机和风扇电机，高效节能，制冷效果好	制冷方式：风冷（冷藏室）+直冷（冷冻室）。要求采用国际名牌高效压缩机和风扇电机，高效节能，制冷效果好	满足
11	制冷剂：要求采用无氟环保制冷剂，环保安全	制冷剂：要求采用无氟环保制冷剂，环保安全	满足
12	生产企业需通过 ISO9001, ISO14001, ISO13485 体系认证，所投产品需具有医疗器械注册证（供应商询价响应文件中需提供相关认证证书及注册证）。	生产企业需通过 ISO9001, ISO14001, ISO13485 体系认证，所投产品需具有医疗器械注册证（见询价响应文件）。	满足

注意：

- 1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写部分”中。
- 2、根据自己所投产品与“采购人填写部分”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。
- 3、供应商应如实填写所投产品技术参数。

邵建辉 陈吉辉 陈道